



INLASA

INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD
DR. NÉSTOR MORALES VILLAZÓN

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD

Código: PEEC-FOR-.22.04
Versión: 01
Vigencia: 2021-01-08
Página: 1 de 1

INFORME DE EVALUACIÓN

SUBPROGRAMA: Anticuerpos Anti-SARS-CoV-2 por inmunoensayo ELISA y/o Quimioluminiscencia

LABORATORIO: MEDICOMP SRL

CÓDIGO DE LABORATORIO: Tarija

DEPARTAMENTO: TRJ-562

GESTIÓN: 2021

CICLO: 1

Fecha de emisión: 2020-08-28

METODO INMUNOENSAYO - ELISA

Parámetro	LABORATORIO	PATRON INLASA	RESULTADO	CALIFICACION
Anticuerpos Ig G	POSITIVO	POSITIVO	CONCORDANTE	A
Anticuerpos Ig M	POSITIVO	POSITIVO	CONCORDANTE	A

METODO INMUNOENSAYO - QUIMIOLUMINISCENCIA

Parámetro	LABORATORIO	PATRON INLASA	RESULTADO	CALIFICACION
Anticuerpos Ig G	POSITIVO	POSITIVO	CONCORDANTE	A
Anticuerpos Ig M	POSITIVO	POSITIVO	CONCORDANTE	A

Interpretación de desempeño

- A: Resultados concordantes
- B: Se observan resultados Falsos Positivos
- C: Se observan resultados Falsos Negativos
- D: Se observan resultados Falsos Positivos y Falsos Negativos


Dra. Claudia Heredia Chucatin
JEFE PROGRAMA DE EVALUACIÓN
EXTERNA DE LA CALIDAD
INLASA


Dra. María Lourdes Zegarra Molasco
MP Z-297 MIN. SALUD
JEFE DE LABORATORIO INMUNOLOGÍA
INLASA


Dra. Carmen Arispe Quispe
COORDINADORA DIVISIÓN RED DE
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA
INLASA MSyD