



INLASA

INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD
DR. NÉSTOR MORALES VILLAZÓN

PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD

Código: PEEC-FOR-14.04
Versión: 01
Vigencia: 2021-01-08
Página: 1 de 1

INFORME DE EVALUACIÓN SUBPROGRAMA: SARS-CoV-2 POR RT-qPCR

LABORATORIO: MEDICOMP SRL

CÓDIGO DE LABORATORIO: SC-L37

DEPARTAMENTO: TARIJA

GESTIÓN: 2021

CICLO: 1

Fecha de emisión: 2021-06-25

CODIGO DE MUESTRA	LABORATORIO	PATRON INLASA	RESULTADO	CALIFICACION	PUNTUACION
SC-21-01-01	NEGATIVO	NEGATIVO	CONCORDANTE	A	20
SC-21-01-02	NEGATIVO	NEGATIVO	CONCORDANTE	A	20
SC-21-01-03	POSITIVO	POSITIVO	CONCORDANTE	A	20
SC-21-01-04	NEGATIVO	NEGATIVO	CONCORDANTE	A	20
SC-21-01-05	POSITIVO	POSITIVO	CONCORDANTE	A	20
TOTAL					100

DESEMPEÑO:

INTERPRETACIÓN DEL DESEMPEÑO

CALIFICACION	PUNTUACION
A CONCORDANTE	90 A 100 EXCELENTE
B FALSO POSITIVO	80 A 89 MUY BUENO
C FALSO NEGATIVO	70 A 79 ACEPTABLE
D INACEPTABLE	< 70 INSATISFACTORIO

Recomendación:

Cecilia Heredia Chucatin
CIFE PROGRAMA DE EVALUACIÓN
EXTERNA DE LA CALIDAD
INLASA

Dr. José A. Santalla Vargas
RESP. TEC.
LABORATORIO DE VIROLOGIA
INLASA - M.S.

M.Sc. Gladys M. Rodríguez Jarcía Rada
RESPONSABLE TÉCNICO
GENÉTICA MOLECULAR
INLASA

Dra. Carmen Arispe Quispe
COORDINADORA DIVISIÓN RED DE
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA
INLASA MSyD